

**ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ПРИЛАДІВ ДІАГНОСТИКИ ОБМОТОК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН**

Найменування перевірки	Найменування прилада			
	ИДВИ-04	ИДВИ-05	ИДО-06	ИДО-07
Перевірка трифазних обмоток на наявність міжвиткових замикань, обриву фази та неправильного з'єднання фаз	×	√	√	√
Перевірка котушок обмоток, укладених в пази, на наявність міжвиткових замикань	√	√	×	√
Перевірка полюсних котушок на наявність міжвиткових замикань	√	√	×	×
Перевірка зносу міжвиткової ізоляції трифазних всипних обмоток	×	√	×	×
Перевірка котушок обмоток, укладених в пази, на наявність механічних пошкоджень міжвиткової ізоляції	√	×	×	×
Перевірка короткозамкнених роторів на наявність обривів стрижнів	×	√	×	×
Перевірка стану ізоляції обмоток відносно корпусу і між обмотками	√	√	√	√